

EU Declaration of conformity PPE/MDR

This certification is valid for the following product:

| | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--|----|---|---|---|----|-----|
|--|----|---|---|---|----|-----|

Our reference numbers: **9001187** **9001188** **9001189** **9001190**



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT REGULATION (EU) 2016/425

Legal Manufacturer

Name: BELSCAN CONTINENTAL BV
 Street & Nr: STOKKELAAR 4
 Postal Code: 9160
 City: LOKEREN
 mail adres: distridoc@distrifund.com
 VAT nr.: BE0480094867

Description of the product:

Type: latex gloves
 Brand name: HY@PRO
 Code name: Latex gloves white powdered M5
 AQL: 1,5

Brand Owner

Name: BELSCAN CONTINENTAL BV
 Street & Nr: STOKKELAAR 4
 Postal Code: 9160
 City: LOKEREN
 mail adres: distridoc@distrifund.com

PPE (EU) 2016/425

| | | |
|-----------------|--|----------------------------------|
| Category I | Module A (Annex IV) Manufacturers self declaration | <input type="radio"/> |
| Category II | Module B (Annex V) EU type examination | <input type="radio"/> |
| Category III C2 | Module C (Annex VI) EU type examination | <input checked="" type="radio"/> |
| Category III D | Module D (Annex VII) | <input type="radio"/> |

MDR

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| Basic UDI | | <input type="radio"/> |
| Class I | These are devices that pose almost no risk to patient safety. Class I examples include bandages, wheelchairs, and surgical instruments. | <input type="radio"/> |
| Class II a | Class IIa medical device examples include surgical clamps, and this classification requires regular assessment by a notified body. | <input type="radio"/> |
| Class II b | Class IIb medical devices include, e.g., bone fixation devices, and regular conformity assessments are mandated with notified bodies. | <input type="radio"/> |
| Class III | Class III medical devices include machinery that is important to patient health or to sustaining the life of a patient. | <input type="radio"/> |

We hereby declare under sole responsibility that the CE marked product described above conforms with the applicable provisions of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment and is identical to the personal protective equipment which is subject to EU Type Examination Certificate

Certificate no: 2777/10468-05/E04-01 issued by: Satra Technology Europe Ltd. RADE ID NR 2777
 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

The products are subject to the procedure set out in Annex VII (Module 3388) of Regulation (EU) 2016/425 under the supervision of Satra Technology Europe Ltd. RADE 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland






Applied standards: EN 420:2003+A1:2009 SO 374-1:2016/AMD 1:2018 I EN 374-2:2014
 EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016

add info here

Ivo Geboes, Director

Released by: R. Ahaddour Q.A. Manager

This signed document is valid for all translations attached: NL, FR, DE, ENG
 issued in: Belgium 20/02/2023 Expires 10/01/2027
 Belscan Continental BV, Oudeheerweg 8, 9051 Gent BE0480.094.867
 T +32(0)9.340.56.26 F +32(0)9.340.56.27 info@belscan.be

| Instructions for use | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----|-----|-----|
| ENG | Instructions for use Glove for single use | | | | | | |
| <p>The gloves are classified as Personal Protective Equipment (PPE) Category III according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and have been shown to comply with this regulation through the applicable harmonised European standards.</p> <p>These gloves are designed to provide protection against specific chemicals tested, micro-organisms and particulate radioactive contamination (if applicable). The gloves meet the EN/ISO standards shown on each specific packaging. This PPE is single-use only and to be disposed after contamination.</p> | | | | | | | |
| Explanation of standards and pictograms | | | | | | | |
| ISO 374-1 | Permeation levels are based on breakthrough times (tested acc. EN 16523-1:2015) as follows: | | | | | | |
| Type A / B / C | Permeation level acc. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Minimum breakthrough time in minutes | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
|  ABCDEFGHIJKLMNPST | <p>Type A = chemical breakthrough time >30 minutes against at least 6 chemicals from the list Type B = chemical breakthrough time >30 minutes against at least 3 chemicals from the list Type C = chemical breakthrough time >10 minutes against at least 1 chemical from the list Test chemicals: A = Methanol / B = Acetone / C = Acetonitrile / D = Dichloromethane / E = Carbon disulphide / F = Toluene / G = Diethylamine / H = Tetrahydrofuran / I = Ethyl acetate / J = n-Heptane / K = Sodium hydroxide 40% / L = Sulphuric acid 96% / M = Nitric acid 65% / N = Acetic acid 99% / O = Ammonium hydroxide 25% / P = Hydrogen peroxide 30% / S = Hydrofluoric acid 40% / T = Formaldehyde 37%</p> | | | | | | |
| EN 374-4:2013 | The degradation (in %) indicates the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the respective challenge chemical. | | | | | | |
| <p>This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.</p> | | | | | | | |
| ISO 374-5:2016 | Tested for resistance to penetration according to EN 374-2:2014 | | | | | | |
|  Virus | <p>Tested for resistance to penetration by blood-borne pathogens according to ASTM F1671. Resistance to bacteria and fungi – pass Resistance to virus – pass The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.</p> |  | XXXX = Identification number of notified Body responsible for the EU type examination and supervising ongoing conformity. | | | | |
|  | PPE is for single-use only and mustnot be reused. |  | Before usage read instructions for use carefully. | | | | |
| | | | | EN 420:2003+A1:2009 | | | |
| Precautions for use | | | | Ingredients / Hazardous ingredients | | | |
| Always check the gloves for possible mechanical damage, e.g. holes or tears, before use. Do not use damaged gloves. Glove length is appropriate to the end use where the risk to the wrist area is minimal. | | | | Some gloves might contain ingredients which are known to possibly cause skin irritations or allergic reactions with sensitised persons. Check warning information on specific packaging carefully. Formulation available on request. | | | |
| Storage instructions | | | | Disposal instructions | | | |
| Keep storage area cool, dry and dust free, avoid ventilation and storage close to photocopy equipment. Protect gloves against ultraviolet light sources, sunlight and oxidizing agents. Store in original packaging in a dry and dark place at 10°C to 30 °C. | | | | Dispose of the gloves in accordance with the valid regulations for this material. Gloves contaminated with chemical substances must be disposed of in accordance with the regulations for the relevant chemicals. | | | |

EU-conformiteitsverklaring PBM/MDR

Deze certificering is geldig voor het volgende product:

| | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--|----|---|---|---|----|-----|
|--|----|---|---|---|----|-----|

Onze referentienummers: 9001187 9001188 9001189 9001190



VERORDENING PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (EU) 2016/425

Wettelijke fabrikant

Naam BELSCAN CONTINENTAL BV
Straat & Nr STOKKELAAR 4
Postcode 9160
Stad LOKEREN
Mail adres distridoc@distrifund.com
BTW nr. BE0480094867

Beschrijving van het product:

Type latex handschoenen
Merknaam HY@PRO
Codenaam Latex handschoenen wit gepoederd M5
AQL 1,5

Merk eigenaar

Naam BELSCAN CONTINENTAL BV
Straat & Nr STOKKELAAR 4
Postcode 9160
Stad LOKEREN
Mail adres distridoc@distrifund.com

PPE (EU) 2016/425

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Categorie I | Module A (bijlage IV) Eigen verklaring van de fabrikant | <input type="radio"/> |
| Categorie II | Module B (Bijlage V) EU-typeonderzoek | <input type="radio"/> |
| Categorie III C2 | Module C (Bijlage VI) EU-typeonderzoek | <input checked="" type="radio"/> |
| Categorie III D | Module D (Bijlage VII) | <input type="radio"/> |

MDR

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| Basis UDI | | <input type="radio"/> |
| Klasse I | Dit zijn apparaten die vrijwel geen risico vormen voor de patientveiligheid. Voorbeelden van Klasse I zijn verbanden, rolstoelen en chirurgische instrumenten. | <input type="radio"/> |
| Klasse II a | Voorbeelden van medische hulpmiddelen van Klasse IIa zijn onder meer chirurgische klemmen en deze classificatie vereist een regelmatige beoordeling door een aangemelde instantie. | <input type="radio"/> |
| Klasse II b | Medische hulpmiddelen van Klasse IIb omvatten bijvoorbeeld hulpmiddelen voor botfixatie, en regelmatige conformiteitsbeoordelingen worden verplicht gesteld door aangemelde instanties. | <input type="radio"/> |
| Klasse III | Medische hulpmiddelen van Klasse III omvatten machines die belangrijk zijn voor de gezondheid van de patient of voor het in stand houden van het leven van een patient. | <input type="radio"/> |

Hierbij verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven CE-gemarkeerde product voldoet aan de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en identiek is aan de persoonlijke beschermingsmiddelen die onderworpen zijn aan het EU-typeonderzoekscertificaat

Certificaat nr: 2777/10468-05/E04-01 uitgegeven door: Satra Technology Europe Ltd. RADE ID NR 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

ik vul aan

Satra Technology Europe Ltd. RADE 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Toegepaste normen EN 420:2003+A1:2009 SO 374-1:2016/AMD 1:2018 I EN 374-2:2014
EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016

add info here

Ivo Geboes, Director

Uitgebracht door: R,Ahaddour Q.A.Manager

Dit ondertekende document is geldig voor alle bijgevoegde vertalingen:

uitgegeven in: Belgium 20/02/2023

NL, FR, DE, ENG

Verloopt

10/01/2027

Belscan Continental BV, Oudeheerweg 8, 9051 Gent BE0480.094.867

T +32(0)9.340.56.26 F +32(0)9.340.56.27 info@belscan.be

| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | |
|---|---|--|----|--|-----|-----|-----|
| NL | Gebruiksaanwijzing Wegwerphandschoen | | | | | | |
| De handschoenen zijn geclassificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Category III volgens PPE verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan de verordening door te voldoen aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen. | | | | | | | |
| Deze handschoenen zijn bedoeld om te beschermen tegen geteste chemicaliën, micro-organismen en radioactieve deeltjes (indien van toepassing). De handschoenen voldoen aan de EN / ISO-normen die op de verpakking staan vermeld. Deze PBM is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moet na besmetting worden weggegooid. | | | | | | | |
| Uitleg van normen en pictogrammen | | | | | | | |
| ISO 374-1 | Prestatieniveaus ten aanzien van permeatie zijn gebaseerd op de doorbraaktijden (getest in overeenstemming met EN 16523-1: 2015) en als volgt vastgesteld: | | | | | | |
| Type A / B / C | Prestatieniveau ten aanzien van permeatie in overeenstemming met EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Doorbraaktijd in minuten | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
|  | Type A = doorbraaktijd van de chemische stof >30 minuten voor minstens 6 chemicaliën in de lijst Type B = doorbraaktijd van de chemische stof >30 minuten voor minstens 3 chemicaliën in de lijst Type C = doorbraaktijd van de chemische stof >10 minuten voor minstens 1 chemische stof in de lijst Test chemicaliën: A = methanol / B = aceton / C = acetonitril / D = dichloormethaan / E = koolstofdioxide / F = toluen / G = diethylamine / H = tetrahydrofuran / I = ethylacetaat / J = n-heptaan / K = natriumhydroxide 40% / L = Zwavelzuur 96% / M = salpeterzuur 65% / N = azijnzuur 99% / O = ammoniakwater 25% / P = waterstofperoxide 30% / S = waterstoffluoride 40% / T = formaldehyde 37% | | | | | | |
| EN 374-4:2013 | De degradatie (in %) duidt op de verandering in de perforatieweerstand van de handschoenen na blootstelling aan het respectievelijke chemische testproduct. | | | | | | |
| Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het verschil tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand werd bepaald onder laboratoriumomstandigheden met monsters uit het handschoenpalm en heeft alleen betrekking tot de geteste chemische stof. Resultaten voor mengsels van de chemische stof kunnen afwijken. Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, aangezien de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van het typeonderzoek, afhankelijk van de temperatuur, slijtage en degradatie. Tijdens het gebruik kunnen beschermende handschoenen minder chemische weerstand hebben als gevolg van veranderingen in de fysieke eigenschappen. Bewegingen, vasthaken, wrijven, degradatie door contact met chemicaliën, enz. kunnen de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van chemicaliënbestendige handschoenen. Voor gebruik de handschoenen op fouten en beschadigingen controleren. | | | | | | | |
| ISO 374-5:2016 | Getest op permeabiliteit volgens EN 374-2:2014 | | | | | | |
|  | Weerstand tegen bacteriën en schimmels – toegelaten Weerstand tegen virussen – toegelaten De permeabiliteit werd geëvalueerd onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. |  | | XXXX = De aangewezen instantie die verantwoordelijk is voor EUtypeonderzoek en permanente conformiteitscontrole. | | | |
|  | De PBM is alleen voor eenmalig gebruik en mag niet vaker dan één keer worden gebruikt. |  | | Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik. | | | |
| | | | | EN 420:2003+A1:2009 | | | |
| Voorzorgsmaatregelen voor gebruik | | | | Ingrediënten / Gevaarlijke bestanddelen | | | |
| Controleer de handschoenen voor gebruik altijd op mogelijke mechanische beschadigingen, bijv. gaten of scheuren. Beschadigde handschoenen niet gebruiken. De lengte van de handschoenen komt overeen met het eindgebruik, gezien het risico voor de pols minimaal is. | | | | Bepaalde handschoenen kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze huidirritatie of allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen. Controleer de waarschuwingen op de specifieke verpakking. Recept wordt op verzoek doorgegeven. | | | |
| Opslaginstructies | | | | Instructies ter beschikking | | | |
| Houd de opslagruimte koel, droog en stofvrij, vermijd ventilatie en opslag in de buurt van fotokopieerapparatuur. Bescherm handschoenen tegen ultraviolette lichtbronnen, zonlicht en oxiderende middelen. Bewaren in de Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een droge en donkere plaats bij 10°C tot 30°C. | | | | Verwijderen volgens de geldige regelgeving voor het handschoenmateriaal. Door chemische stoffen verontreinigde handschoenen dienen te worden vernietigd overeenkomstig de voorschriften voor de betreffende chemicaliën. | | | |

Déclaration UE de conformité EPI/MDR

Cette certification est valable pour le produit suivant :

XS S M L XL XXL

Nos références :



RÈGLEMENT (UE) 2016/425 SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Fabricant légal

Nom BELSCAN CONTINENTAL BV
Rue et numéro STOKKELAAR 4
code postal 9160
Ville LOKEREN
adresse mail distridoc@distrifund.com
numéro de TVA BE0480094867

Descriptif du produit :

Taper gants latex
Marque HY@PRO
Nom de code Gants en latex Blanc poudré M5 100
AQL 1,5

Brand Owner

Nom BELSCAN CONTINENTAL BV
Rue et numéro STOKKELAAR 4
code postal 9160
Ville LOKEREN
adresse mail distridoc@distrifund.com

PPE (EU) 2016/425

| | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| Catégorie I | Module A (Annexe IV) Auto-déclaration des fabricants | <input type="radio"/> |
| Catégorie II | Module B (annexe V) examen UE de type | <input type="radio"/> |
| Catégorie III C2 | Module C (Annexe VI) Examen UE de type | <input checked="" type="radio"/> |
| Catégorie IIID | Module D (annexe VII) | <input type="radio"/> |

MDR

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| UDI de base | | <input type="radio"/> |
| Classe I | Ce sont des appareils qui ne présentent presque aucun risque pour la sécurité des patients. Les exemples de classe I comprennent les bandages, les fauteuils roulants et les instruments chirurgicaux. | <input type="radio"/> |
| Classe IIa | Les exemples de dispositifs médicaux de classe IIa incluent les pinces chirurgicales, et cette classification nécessite une évaluation régulière par un organisme notifié. | <input type="radio"/> |
| Classe IIb | Les dispositifs médicaux de classe IIb comprennent, par exemple, les dispositifs de fixation osseuse, et des évaluations de conformité régulières sont obligatoires auprès des organismes notifiés. | <input type="radio"/> |
| Classe III | Les dispositifs médicaux de classe III comprennent les machines qui sont importantes pour la santé du patient ou pour le maintien de la vie d'un patient. | <input type="radio"/> |

Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité que le produit marqué CE décrit ci-dessus est conforme aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle et est identique à l'équipement de protection individuelle soumis à l'attestation d'examen UE de type

Numéro de certifi délivré par: Satra Technology Europe Ltd. RADE ID NR 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

je ne sais pas

Satra Technology Europe Ltd. RADE 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Normes appliquées EN 420:2003+A1:2009 SO 374-1:2016/AMD 1:2018 I EN 374-2:2014
EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016

add info here

Ivo Geboes, Director

Produit par: R, Ahaddour Q.A. Manager

Ce document signé est valable pour toutes les traductions jointes :

émis en : Belgium 20/02/2023






Belscan Continental BV, Oudeheerweg 8, 9051 Gent BE0480.094.867

T +32(0)9.340.56.26 F +32(0)9.340.56.27 info@belscan.be

NL, FR, DE, ENG

Expire

10/01/2027

| Mode d'emploi | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|-----|-----|
| FR | Mode d'emploi Gant à usage unique | | | | | | |
| <p>Les gants sont classés comme équipement de protection individuelle (EPI) Category III EPI Regulation (EU) 2016/425 et respectent cette directive en correspondant aux normes européennes harmonisées applicables.</p> <p>Ces gants sont conçus pour assurer une protection contre les produits chimiques, microorganismes et particules radioactives (le cas échéant) testés. Ces gants répondent</p> | | | | | | | |
| Explication des normes et pictogrammes | | | | | | | |
| ISO 374-1 | Les niveaux de performance contre la perméation sont déterminées au moyen des temps de passage (testés selon EN 16523-1:2015) et selon la manière suivante : | | | | | | |
| Type A / B / C | Niveaux de performance contre la perméation selon EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Temps de passage en minutes | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
|  | <p>Type A = temps de passage du produit chimique >30 minutes par rapport à 6 produits chimiques de la liste Type B = temps de passage du produit chimique >30 minutes par rapport à 3 produits chimiques de la liste Type C = temps de passage du produit chimique >10 minutes par rapport à 1 produit chimique de la liste</p> <p>Test produits chimiques :</p> <p>A = éthanol / B = acétone / C = acétonitrile / D = dichlorométhane / E = disulfure de carbone / F = toluène / G = diéthylamine / H = tétrahydrofurane / I = acétate d'éthyle / J = n-heptane / K = hydroxyde de sodium 40% / L = acide sulfurique 96% / M = acide nitrique 65% / N = acide acétique 99% / O = eau ammoniacale 25% / P = peroxyde d'hydrogène 30% / S = acide fluorhydrique 40% / T = formaldéhyde 37%</p> | | | | | | |
| EN 374-4:2013 | La dégradation (en %) indique les modifications de la résistance à la perforation des gants après leur exposition à des produits chimiques de test. | | | | | | |
| <p>Cette information ne reflète pas la durée de protection réelle au poste de travail ni les différences entre les mélanges et les produits chimiques à l'état pur. La résistance chimique a été déterminée dans des conditions de laboratoire au moyen d'échantillons provenant de la paume du gant et s'applique uniquement aux produits chimiques testés. Les résultats par rapport aux mélanges de produits chimiques peuvent différer. Nous recommandons de vérifier si les gants sont adaptés à l'usage auxquels on les destine car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer des essais de type selon la température, l'usure et la dégradation. Pendant leur utilisation, les gants de protection peuvent présenter une résistance plus faible contre les produits chimiques en raison de modifications des caractéristiques physiques. Les mouvements, l'accrochage, la friction, la dégradation en raison du contact avec des produits chimiques etc. peuvent effectivement réduire considérablement la durée d'utilisation. Dans le cas de produits chimiques corrosifs, la dégradation peut représenter le facteur essentiel devant être considéré dans le choix de gants résistants aux produits chimiques. Contrôlez l'absence de dommages et de défauts sur les gants avant de les utiliser.</p> | | | | | | | |
| ISO 374-5: 2016 | perméabilité vérifiée selon EN 374-2:2014 | | | | | | |
|  | Résistance contre les bactéries et les moisissures – test passé avec succès Résistance à la pénétration virale – test passé avec succès La perméabilité a été évaluée sous des conditions de laboratoire et s'applique uniquement à l'échantillon testé. |  | | | XXXX = L'organisme notifié responsable pour l'examen de type CE et du contrôle permanent de la conformité. | | |
|  | L'EPI est conçu uniquement pour un usage unique et ne doit jamais être utilisé plusieurs fois. |  | | | Lisez le mode d'emploi soigneusement avant l'utilisation. | | |
| | | | | EN 420:2003+A1:2009 | | | |
| Précautions de sécurité pour l'utilisation | | | | Composants / Composants dangereux | | | |
| Vérifiez toujours l'absence de dommages mécaniques, p. ex. des trous ou des fissures, avant d'utiliser les gants. N'utilisez pas de gants endommagés. La longueur des gants correspond au domaine d'application car le risque pour la zone du poignet peut être considéré comme étant minimal. | | | | Certains gants peuvent contenir des composants reconnus pour pouvoir provoquer des irritations cutanées ou des réactions allergiques chez des personnes sensibilisées. Examinez les avertissements sur les emballages spécifiques. La composition est transmise sur demande. | | | |
| Instructions concernant le stockage | | | | Instructions concernant l'élimination | | | |
| L'espace de stockage doit être frais, sec et exempt de poussières. Évitez une ventilation excessive ainsi qu'un stockage à proximité de photocopieuses. Protégez les gants contre les sources de lumière UV telles que la lumière du soleil ou les produits oxydants. Stockez les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température entre 10°C et 30°C. Protégez contre l'ozone. | | | | Éliminez selon les réglementations en vigueur relatives au matériau des gants. Les gants contaminés par des substances chimiques doivent être éliminés selon les réglementations relatives aux produits chimiques concernés. | | | |

EU-Konformitätserklärung PSA/MDR

Diese Zertifizierung gilt für folgendes Produkt:

XS S M L XL XXL

Unsere Referenznummern:



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG VERORDNUNG (EU) 2016/425

Legal Hersteller

Name BELSCAN CONTINENTAL BV
Straße & Nr STOKKELAAR 4
Postleitzahl 9160
Stadt LOKEREN
Mail Adresse distridoc@distrifund.com
MwSt.-Nr. BE0480094867

Beschreibung des Produkts:

Typ latex-Handschuhe
Markenname HY@PRO
Code Name Latexhandschuhe weiß gepudert M 5, 100
AQL 1,5

Markeninhaber

Name BELSCAN CONTINENTAL BV
Straße & Nr STOKKELAAR 4
Postleitzahl 9160
Stadt LOKEREN
Mail Adresse distridoc@distrifund.com

PPE (EU) 2016/425

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Kategorie I | Modul A (Anhang IV) Selbsterklärung des Herstellers | <input type="radio"/> |
| Kategorie II | Modul B (Anhang V) EU-Baumusterprüfung | <input type="radio"/> |
| Kategorie III C2 | Modul C (Anhang VI) EU-Baumusterprüfung | <input checked="" type="radio"/> |
| Kategorie III D | Modul D (Anhang VII) | <input type="radio"/> |

MDR

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| Basis-UDI | | <input type="radio"/> |
| Klasse I | Dies sind Geräte, die fast kein Risiko für die Patientensicherheit darstellen. Beispiele für Klasse I sind Bandagen, Rollstühle und chirurgische Instrumente. | <input type="radio"/> |
| Klasse II a | Beispiele für Medizinprodukte der Klasse IIa sind chirurgische Klemmen, und diese Klassifizierung erfordert eine regelmäßige Bewertung durch eine benannte Stelle. | <input type="radio"/> |
| Klasse II b | Zu den Medizinprodukten der Klasse IIb gehören z. B. Knochenfixationsvorrichtungen, und es sind regelmäßige Konformitätsbewertungen bei benannten Stellen vorgeschrieben. | <input type="radio"/> |
| Klasse III | Medizinprodukte der Klasse III umfassen Maschinen, die für die Gesundheit des Patienten oder für die Erhaltung des Lebens eines Patienten wichtig sind. | <input type="radio"/> |

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene CE-gekennzeichnete Produkt den geltenden Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen entspricht und mit der persönlichen Schutzausrüstung, die der EU-Baumusterprüfbescheinigung unterliegt, identisch ist

Zertifikatsnummer: 2777/10468-05/E04-01 von: Satra Technology Europe Ltd. RADE IDNR 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

nein man

Satra Technology Europe Ltd. RADE 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Angewandte Normen EN 420:2003+A1:2009 SO 374-1:2016/AMD 1:2018 I EN 374-2:2014
EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016

add info here

Ivo Geboes, Director

Veröffentlicht






von: R. Ahaddour Q.A. Manager

Dieses unterschriebene Dokument gilt für alle beigefügten Übersetzungen NL, FR, DE, ENG
ausgestellt in: Belgium 20/02/2023

Läuft ab 10/01/2027

Belscan Continental BV, Oudeheerweg 8, 9051 Gent BE0480.094.867

T +32(0)9.340.56.26 F +32(0)9.340.56.27 info@belscan.be

| Gebrauchsanleitung | | | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|-----|-----|
| DE | Gebrauchsanleitung Einmalhandschuh | | | | | | |
| <p>Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen entsprechen.</p> <p>Diese Handschuhe sind zum Schutz gegen getestete Chemikalien, Mikroorganismen und radioaktive Partikel (falls anwendbar) bestimmt. Die Handschuhe erfüllen die auf der Verpackung angegebenen EN/ISO Normen. Diese PSA ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss nach Kontamination entsorgt werden.</p> | | | | | | | |
| Erklärung der Normen und Piktogramme | | | | | | | |
| ISO 374-1 | Leistungsstufen gegen Permeation sind anhand der Durchbruchzeiten (getestet gem. EN 16523-1:2015) wie folgt festgelegt: | | | | | | |
| Type A / B / C | Leistungsstufe gegen Permeation gem. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Durchbruchzeit in Minuten | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
|  | <p>Type A = Durchbruchzeit der Chemikalie >30 Minuten gegen mindestens 6 Chemikalien der Liste Type B = Durchbruchzeit der Chemikalie >30 Minuten gegen mindestens 3 Chemikalien der Liste Type C = Durchbruchzeit der Chemikalie >10 Minuten gegen mindestens 1 Chemikalie der Liste Test Chemikalien: A = Methanol / B = Aceton / C = Acetonitril / D = Dichlormethan / E = Kohlenstoffdisulfid / F = Toluol / G = Diethylamin / H = Tetrahydrofuran / I = Ethylacetat / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40% / L = Schwefelsäure 96% / M = Salpetersäure 65% / N = Essigsäure 99% / O = Ammoniakwasser 25% / P = Wasserstoffperoxid 30% / S = Flusssäure 40% / T = Formaldehyd 37%</p> | | | | | | |
| EN 374-4:2013 | Die Degradation (in %) gibt die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition mit der jeweiligen Testchemikalie an. | | | | | | |
| <p>Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.</p> | | | | | | | |
| ISO 374-5: 2016 | Geprüft auf Durchlässigkeit nach EN 374-2:2014 | | | | | | |
|  | Widerstand gegen Bakterien und Pilze – Bestanden Widerstand gegen Viren – Bestanden Die Durchlässigkeit wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe. |  | | | XXXX = Benannte Stelle verantwortlich für die EU Baumusterprüfung und Kontrolle der fortlaufenden Konformität. | | |
|  | PSA ist nur für den einmaligen Gebrauch und darf nicht mehrmals verwendet werden. |  | | | Vor Benutzung die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen. | | |
| | | | | EN 420:2003+A1:2009 | | | |
| Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch | | | | Inhaltsstoffe / Gefährliche Bestandteile | | | |
| Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche mechanische Beschädigungen, z.B. Löcher oder Risse. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. Handschuhlänge entspricht der Endanwendung, da die Gefahr für den Handgelenkbereich minimal ist. | | | | Bestimmte Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die dafür bekannt sind bei sensibilisierten Personen Hautirritationen oder allergische Reaktionen auslösen zu können. Überprüfen Sie die Warnhinweise auf den spezifischen Verpackungen. Rezeptur wird auf Anfrage weitergegeben. | | | |
| Lagerungsanweisungen | | | | Entsorgungsanweisungen | | | |
| Der Lagerbereich soll kühl, trocken und staubfrei sein. Vermeiden Sie übermäßige Belüftung und Lagerung in der Nähe von Fotokopiergeräten. Handschuhe vor UV-Lichtquellen, wie Sonnenlicht oder Oxidationsmittel, schützen. Bei 10°C bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Ozon schützen. | | | | Entsprechend den gültigen Vorschriften für das Handschuhmaterial entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden. | | | |